



GEDORE Tool Center GmbH & Co. KG
 Remscheider Straße 149
 42899 Remscheid
 GERMANY
 gtc@gedore.de - www.gedore.com

Werkzeuge fürs Leben - Tools for life

Kalibrier-Zertifikat

MODELL	PRÜFER	SERIENNUMMER
Model: 757-06	Inspector: JP	Serial Number: 6HO100567
HÖCHSTWERT	UMGEBUNGSTEMP(°C)	EINHEIT
Max Capacity: 6.0	Ambient Temp: 24 °C	Units: N.m

EINGESTELLTES DREHMOMENT	GRENZEWERTE		ABGELESENER WERT				
	UNTERER	OBERER	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5
Set Torque:	Lower	Upper					
1.00	0.94	1.06	1.00	1.00	1.00	0.99	1.01
4.00	3.76	4.24	3.93	4.03	3.98	3.97	3.99
6.00	5.64	6.36	5.96	5.93	5.92	5.95	5.96

Kalibrier Datum

Calibration Date: 19-Aug-15

Head of calibration: K.Smith

DIE AUFGEFÜRTEN GRENZWERTE UND DAS VERWENDETE PRÜFGERÄT FÜR DIESE
 EINSTELLWERTE ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN:

The limits shown and the test equipment used for this
 calibration comply with the requirements of **ISO6789:2003-S**

DIE ABWEICHUNG DES EINGESETZTEN PRÜFGERÄTES LIEGT BEI

The uncertainty of measurement of the test equipment used is +/-1%

INTERNATIONALE RÜCKFÜHRBARKEIT DURCH KALIBRIERLABORS GEM Äß ISO9000

International traceability through calibration laboratories

TRANSDUCER

Transducer Model: TD2

SERIENNUMMER

Serial No: 31464

ZERT. Nr.

UKAS Cert. No: T1016

TSD Cert:

UKAS Lab No.: 0632